Guide de démarrage rapide pour le Printer LumiraDx

Le Printer LumiraDx peut être utilisé pour imprimer les résultats du test d'un patient ou d'un test de Contrôle qualité (CQ) sur du papier adhésif.

Les résultats du test d'un patient ou d'un test CQ peuvent être imprimés depuis la page des résultats de l'Instrument à l'issue du test ou depuis l'historique des résultats de l'Instrument.

Recharger complètement les piles pendant 16 heures avant la première utilisation.

1. Contenu de la boîte

Printer LumiraDx

Câble USB Micro-B



4 piles rechargeables monocellulaires (piles AA NiMH de 1,5 V)

Alimentation 9 V/1 A (comprend le corps du chargeur et la fiche secteur)

2. Configuration du Printer LumiraDx

2.1 Le Printer est fourni avec un rouleau de papier adhésif déjà installé.

S'assurer que le papier passe par la fente de sortie du papier.

2.2 Retourner le Printer pour voir la face inférieure.

Retirer l'autocollant du compartiment à piles.

Détacher et soulever le couvercle du compartiment à piles.

Insérer les piles rechargeables fournies dans le Printer en prêtant attention au « + » et au « - », puis remettre le couvercle en place.

2.3 Connecter le câble USB et le câble d'alimentation au Printer.

2.4 **Recharger complètement les piles pendant 16 heures** avant la première utilisation en branchant le Printer sur une source d'alimentation.

2.5 Insérer le connecteur USB dans l'un des ports USB situés à l'arrière de l'Instrument et appuyer sur l'interrupteur d'alimentation du Printer.



3. Remplacement des piles

3.1 Détacher et soulever le couvercle du compartiment à piles.

3.2 S'il y a déjà des piles dans le Printer, les retirer et insérer 4 piles complètement rechargées en faisant attention au « + » et au « - ». Si les piles ne sont pas complètement rechargées, les recharger pendant 16 heures avant de les utiliser. Utiliser uniquement des piles rechargeables AA NiMH de 1,5 V dans le Printer.

3.3 Aligner le couvercle pour le mettre en place et le fermer jusqu'à l'émission d'un clic.

4. Remplacement du papier adhésif

4.1 Tirer le levier central transparent du couvercle du compartiment à papier transparent vers le haut et vers l'avant jusqu'à ce qu'il sorte de sa position verrouillée. Pour éviter tout dommage, ne pas utiliser une force excessive.

4.2 Retirer la bobine et tout reste de papier adhésif. Placer un rouleau de papier adhésif neuf dans le réservoir de papier, en tenant environ 5 cm du papier à l'extérieur du Printer. S'assurer que le nouveau papier est alimenté par le bas du rouleau. Fermer le couvercle en appliquant des pressions égales de chaque côté du couvercle jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée.

4.3 Déchirer maintenant l'excédent de papier sur le bord dentelé.

5. Avertissements et mises en garde

- Lors du transport, veiller à ne pas endommager le Printer et les piles.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur.
- Éviter tout contact des piles avec des oxydants et de l'acide.
- Ne pas exposer les piles à des chocs ou vibrations physiques excessifs.
- Ne pas court-circuiter.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Utiliser uniquement des piles rechargeables AA NiMH de 1,5 V.

6. Voyant d'état du Printer LumiraDx

Indicateur LED	Condition	Solution
Activé	Printer activé	-
Désactivé	Printer désactivé	-
* * *	Plus de papier	Mettre un nouveau rouleau de papier
** ** **	Tête thermique trop chaude	Laisser refroidir la tête
*** *** ***	Piles épuisées (aucune charge résiduelle)	Recharger les piles
**** **** ****	Piles faibles (charge résiduelle de 20 % environ)	Recharger les piles

7. Consommables de LumiraDx

Les consommables peuvent être obtenus en contactant le service clientèle LumiraDx à l'adresse ServiceCommercial@lumiradx.com.

Article	Code de commande
Rouleaux de papier adhésif	L002120101006

8. Service clientèle

Merci d'envoyer un e-mail ou appeler le service clientèle en cas de questions à propos du produit.

Adresse e-mail : servicecommercial@lumiradx.com

N° de téléphone : pour connaître le numéro de téléphone du service clientèle local, consulter la page Contactez-nous à l'adresse lumiradx.com

Informations sur le fabricant

Martel Instruments Ltd, Unit 9 Stanelaw Way, Tanfield Lea Ind Est South, Stanley, DH9 9XG, Royaume-Uni

Copyright © 2023 LumiraDx et sociétés affiliées. Tous droits réservés. LumiraDx et son logo en forme de flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International LTD. Tous les détails sur ces marques de commerce de LumiraDx et les autres enregistrements se trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ART-03405 Rév. 1